

ALLEGATO "A"

**FORNITURA IN OPERA DI UN "ALLESTIMENTO DI SALA ED ALLOGGIAMENTO PER
ATTREZZATURE EDIOLOGICHE",
PER LE ESIGENZE DEL CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA BENECON
SOGGETTO ATTUATORE "E1" – DIPARTIMENTO MEDICO CHIRURGICO DI INTERNISTICA
CLINICA E SPERIMENTALE "F. MAGRASSI E A. LANZARA".**

SCHEMA TECNICA

Allestimento sala ed alloggiamento di attrezzature ediolgiche:

1. Schermatura dei locali con pannelli di piombo rivestiti anti x a norma di legge;
2. Struttura in metallo o in lega che garantisca con la massima sicurezza il peso anche di 200 KG distribuito su una superficie di 3x4 metri;
3. Possibilità di poter fissare la struttura metallica a parete o autonomamente in verticale;
4. Pantografo metallico flottante nella struttura sopraindicata con movimenti longitudinali e trasversale sulla superficie di 3x4 metri della struttura;
5. Telaio porta cassette (per cassetta radiografica 35x43);
6. Scala centimetrata nella struttura metallica per poter individuare il posizionamento della cassetta per consentire la suddivisione dell'area interessata allo studio;

Posizionamento e messa in opera di una paratia antix a protezione dell'operatore, del tavolo di comando e di una attrezzatura ediolgica in un angolo della sala con finestra per la visione dell'area di scorrimento del tubo pensile, per tutta l'altezza del locale e per una lunghezza pari a 3 metri.

Attrezzature diagnostiche:

1. Generatore da 1000;
2. Tavolo di comando a regolazione fine, con risposta molto precisa a bassi Kilovoltaggi;
3. Tubo pensile con possibilità di scorrimento sull'intera superficie di 3x4 metri della struttura; ad anodo rotante a doppio fuoco (fine e normale);
4. Messa in opera chiavi in mano dell'intera attrezzatura.